



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU**

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c

tel./fax (58) 52-45-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna

Nazwa lub znak producenta: TAMTRON Systems Oy; Znak fabryczny: SCALEX 1550;

Znak zatwierdzenia typu: 0200-NAWI-04450; Nr fabryczny: 201403/M/24; Rok produkcji: 2024.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 13 stycznia 2027 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Port Gdański Eksploatacja S.A., 80-548 Gdańsk, ul. Roberta de Plelo 6.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 100 000 kg; Obciążenie minimalne Min 1000 kg;

Działka legalizacyjna e = 50 kg; Klasa dokładności

III

WNIOSKODAWCA

TAMTRON S.A., 40-687 Katowice, ul. Sobocińskiego 19A - wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§12, §13 ust. 1, 3 i 4, §15 oraz ust. 45, 47, 49 i 50 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na połączeniu tabliczki znamionowej z obudową miernika wagi.

Cechy zabezpieczające, w liczbie 6 szt., umieszczono na:

- połączeniu części obudowy miernika wagi,
- połączeniu części obudowy puszek przyłączeniowych przetworników, pod pomostami wagi.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM6.6W4.45.1754.2024

Data wystawienia: 13 grudnia 2024 r.



z up. DYREKTORA
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU
SPECJALISTA
mgr Monika Kaczmarek