



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU**

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c

tel./fax (58) 52-45-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD

POMIAROWY Waga nieautomatyczna

Nazwa lub znak producenta: MASA SŁUPSK; Znak fabryczny: IT3000 MARS-K; Znak zatwierdzenia typu: D08-09-008;
Nr fabryczny: 5870708; Rok produkcji: 2013;

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 03 lipca 2024 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A., 80-548 Gdańsk, ul. Roberta de Plelo 6.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 60000 kg / 100000 kg; Obciążenie minimalne Min 400 kg / 1000 kg;

Działka legalizacyjna e = 20 kg / 50 kg; Klasa dokładności III

WNOSKODAWCA

Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o., Sp. K., 80 - 283 Gdańsk, ul. Zacna 31 – wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 22 ust. 1 oraz § 34 ust.1,2 i 4 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 i § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na połączeniu tabliczki znamionowej i obudowy miernika wagi.

Cechy zabezpieczające w liczbie 3 nałożono na:

- zworce adiustacyjnej wewnątrz obudowy miernika wagi,
- skrzynce przyłączeniowej przetworników pod pomostem wagi.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM6.6W4.45.647.2022

Data wystawienia: 03 czerwca 2022 r.



z up. DYREKTORA
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU

Starszy Inspektor

Mirosław Walkusz