

**Prüfbescheinigung für die Konformitätsbewertung
einer nichtselbsttätigen Waage**

*Test Certificate For The Conformity Assessment Of A
Non-Automatic Weighing Instrument*

Świadectwo Oceny Zgodności Wagi Nieautomatycznej

Hersteller: Manufacturer: Producent:		SysTec GmbH	
Typ/Modell: Type/Model: Typ/Model:	IT1	S/N :	2209182
Nr. der EG-Bauartzulassung : No of the EC type-approval certificate: Numer Zatwierdzenia Typu WE :		T8684	
Wägebereich: Weighing Range: Zakres ważenia:	60 000 kg		

entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster sowie den Anforderungen der folgenden Richtlinien:

Corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate and to the requirements of the following EC directives:

jest zgodna z modelem produkcyjnym opisanym w Zatwierdzeniu Typu WE i spełnia wymagania następujących dyrektyw unijnych:

2014/31/EU	2014/31/EU	2014/31/UE
2014/30/EU	2014/30/EU	2014/30/UE
2014/35/EU	2014/35/EU	2014/35/UE

entsprechend den folgenden Normen/Empfehlungen:

in conformity with the following standards:

w zgodności z następującymi normami:

EN 45501	OIML R76-1
EN 61000-6-2	EN 61000-6-3
EN 60950	

Konformität festgestellt, nächste Eichung fällig: <i>Conformity assessed, next verification due:</i> Dokonano oceny zgodności, data kolejnej legalizacji:	30.11.2024	Konformitätsbewertung wurde für den Aufstellungsort durchgeführt: <i>Conformity assessed for location of installation:</i> Ocenę zgodności przeprowadzono dla następującego miejsca instalacji:	Basen Górniczy ul. Roberta de Plelo 6 80-548 Gdańsk
---	-------------------	---	--

Genauigkeitsklasse Prüfnormale: <i>Accuracy class of test weights: Klasa dokładności wzorców masy:</i>	M 1	Prüfscheinnummer Prüfnormale: <i>No. of test certificate of test weights: Numer świadectwa wzorcowania wzorców masy:</i>	6W1.5140.2150.2021
--	------------	--	---------------------------

Anmerkung: die bei den Messungen verwendeten Normale sind auf die nationalen Normale rückgeführt.

Comment: The weights utilized for the test are retraceable to the National standard.

Uwaga: Wzorce masy wykorzystane do oceny zgodności są zgodne z normami krajowymi.

Unterschrift BKB <i>Signature RCA</i> Podpis RCA Name BKB Tomasz Ciereszko <i>Name RCA</i> Nazwisko RCA	Datum <i>Date</i> Data
--	------------------------------

Bemerkung / Comment / Remarque:

BKB = Beauftragter für Konformitätsbewertung
RCA = Representative for Conformity Assessment
RCA = Uprawniony do Oceny Zgodności

(Unterschriftsberechtigt für SysTec GmbH)
(Authorized signatory for SysTec GmbH)
(Podpisany upoważniony przez SysTec GmbH)