



Spis zawartości:

1. Waga samochodowa Nab. Oliwskie nr fabryczny: 6500409
2. Waga samochodowa Nab. Wiślane nr fabryczny: 5300108
3. Waga samoch.-kolejowa Nab. Wiślane nr fabryczny: 5870708
4. Waga samochodowa Nab. Szczecińskie nr fabryczny: 2000115
5. Waga kolejowa Basen Górniczy nr fabryczny: 201403
6. Waga kolejowa Basen Górniczy nr fabryczny: 1905949
7. Waga samochodowa Basen Górniczy nr fabryczny: 4240107
8. Waga samochodowa Basen Górniczy nr fabryczny: 1260104



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU**

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c

tel./fax (58) 52-45-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD

POMIAROWY Waga nieautomatyczna

Znak producenta: IT3000 MARS-STP; Znak zatwierdzenia typu: D08-09-008; Nr fabr.:6500409; Rok produkcji: 2009

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 14 lutego 2024 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Port Gdański Eksploatacja S.A., ul. Oliwska 13, 80-542 Gdańsk.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 60000 kg; Obciążenie minimalne Min 400 kg;

Działka legalizacyjna $e = 20$ kg; Klasa dokładności **III**

WNIOSKODAWCA

MASA Zenon Kolankowski, Reblino, ul. Kolejowa 6, 76-251 Kobylnica

- wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 22 ust. 1 i 4, § 23 oraz § 34 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 i § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie miernika wagi.

Cechy zabezpieczające w liczbie 4 umieszczono na:

- ekranie przetworników w mierniku wagi;
- zworze adiustacyjnej w mierniku wagi;
- skrzynce przyłączeniowej przetworników.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

6W4.5110.10.2022

Data wystawienia: 14 stycznia 2022 r.



z up. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku

Janusz Graboś
Zastępca Naczelnika
Wydziału Legalizacji



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU**

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c

tel./fax (58) 52-45-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD

POMIAROWY Waga nieautomatyczna

Nazwa producenta: MASA; Znak producenta: MR-100 MARS - STP;

Znak zatwierdzenia typu: PL 04 008; Nr fabryczny: 5300108; Rok produkcji: 2008.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 16 grudnia 2023 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Port Gdański Eksploatacja S.A., 80-555 Gdańsk, ul. Chodackiego 33.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 60000 kg; Obciążenie minimalne Min 400 kg;

Działka legalizacyjna e = 20 kg; Klasa dokładności **III**

WNIOSKODAWCA

Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zacna 31, 80-283 Gdańsk – wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 22 ust. 1 i 4, § 23 oraz § 34 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 i § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na połączeniu tabliczki znamionowej z obudową miernika wagi.

Cechy zabezpieczające, w liczbie 11 szt., umieszczono na:

- zabezpieczeniu dostępu do adiustacji, na mierniku wagi.
- połączeniu części obudowy miernika wagi,
- połączeniu części obudowy puszek przyłączeniowych przetworników wagi.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

6W4.5110.1641.2021

Data wystawienia: 16 listopada 2021 r.



z up. DYREKTORA
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU
SPECJALISTA
mgr Monika Kaczmarek



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU**

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c

tel./fax (58) 52-45-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD

POMIAROWY Waga nieautomatyczna

Nazwa lub znak producenta: MASA SŁUPSK; Znak fabryczny: IT3000 MARS-K; Znak zatwierdzenia typu: D08-09-008;
Nr fabryczny: 5870708; Rok produkcji: 2013;

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 03 lipca 2024 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A., 80-548 Gdańsk, ul. Roberta de Plelo 6.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 60000 kg / 100000 kg; Obciążenie minimalne Min 400 kg / 1000 kg;

Działka legalizacyjna $e = 20 \text{ kg} / 50 \text{ kg}$; Klasa dokładności **III**

WNIOSKODAWCA

Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o., Sp. K., 80 - 283 Gdańsk, ul. Zacna 31 – wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 22 ust. 1 oraz § 34 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 i § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na połączeniu tabliczki znamionowej i obudowy miernika wagi.

Cechy zabezpieczające w liczbie 3 nałożono na:

- zworce adiustacyjnej wewnątrz obudowy miernika wagi,
- skrzynce przyłączeniowej przetworników pod pomostem wagi.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM6.6W4.45.647.2022

Data wystawienia: 03 czerwca 2022 r.



z up. DYREKTORA
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU

Starszy Inspektor

Mikołaj Walkusz

**Prüfbescheinigung für die Konformitätsbewertung
einer nichtselbsttätigen Waage**

*Test Certificate For The Conformity Assessment Of A
Non-Automatic Weighing Instrument*

Świadectwo Oceny Zgodności Wagi Nieautomatycznej

Hersteller: Manufacturer: Producent:		SysTec GmbH	
Typ/Modell: Type/Model: Typ/Model:	IT1	S/N :	2000115
Nr. der EG-Bauartzulassung : No of the EC type-approval certificate: Numer Zatwierdzenia Typu WE :		T8684	
Wägebereich: Weighing Range: Zakres ważenia:	60 000 kg		

entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen
Baumuster sowie den Anforderungen der folgenden Richtlinien:

*Corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate
and to the requirements of the following EC directives:*

*jest zgodna z modelem produkcyjnym opisanym w Zatwierdzeniu Typu WE
i spełnia wymagania następujących dyrektyw unijnych:*

2014/31/EU	2014/31/EU	2014/31/EU
2014/30/EU	2014/30/EU	2014/30/EU
2014/35/EU	2014/35/EU	2014/35/EU

entsprechend den folgenden Normen/Empfehlungen:
*in conformity with the following standards:
w zgodności z następującymi normami:*


EN 45501	OIML R76-1
EN 61000-6-2	EN 61000-6-3
EN 60950	

Konformität festgestellt, nächste Eichung fällig: <i>Conformity assessed, next verification due: Dokonano oceny zgodności, data kolejnej legalizacji:</i>	2022	Konformitätsbewertung wurde für den Aufstellungsort durchgeführt: <i>Conformity assessed for location of installation: Ocenę zgodności przeprowadzono dla następującego miejsca instalacji:</i>	Nabrzeże Szczecińskie Gdańsk
---	-------------	---	---

Genauigkeitsklasse Prüfnormale: <i>Accuracy class of test weights: Klasa dokładności wzorców masy:</i>	M1	Prüfscheinnnummer Prüfnormale: <i>No. of test certificate of test weights: Numer świadectwa wzorcowania wzorców masy:</i>	6W1/1512/19
--	-----------	---	--------------------

Anmerkung: die bei den Messungen verwendeten Normale sind auf die nationalen Normale rückgeführt.
Comment: The weights utilized for the test are retraceable to the National standard.
Uwaga: Wzorce masy wykorzystane do oceny zgodności są zgodne z normami krajowymi.

Unterschrift BKB Signature RCA Podpis RCA Name BKB Name RCA Nazwisko RCA	Mariusz Sokołowski	Datum Date Data 06.09.2020 <i>Sokołowski Mariusz</i>
Bemerkung / Comment / Remarque: BKB = Beauftragter für Konformitätsbewertung RCA = Representative for Conformity Assessment RCA = Uprawniony do Oceny Zgodności (Unterschriftsberechtigt für SysTec GmbH) (Authorized signatory for SysTec GmbH) (Podpisany upoważniony przez SysTec GmbH)		





**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU**

Gdańsk, dnia 2 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: 6WN-511-6/1917/21

**DECYZJA NR 1 W SPRAWIE ODROCZENIA
TERMINU DOKONANIA LEGALIZACJI PONOWNEJ I ZEZWOLENIA
NA DALSZE UŻYTKOWANIE PRZYRZĄDU POMIAROWEGO**

Na podstawie art. 26c ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2068), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 grudnia 2021 r., bez numeru, o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych złożonego przez Port Gdański Eksploatacja S.A., ul. Roberta de Piolo 6, 80-548 Gdańsk

**odraczam termin
dokonania legalizacji ponownej i zezwalam na dalsze użytkowanie na okres 4 miesięcy
- licząc od dnia 31 grudnia 2021 r. -
wagi nieautomatycznej klasy dokładności III
Max = 100 000 kg
znak producenta: Scalex 1900E
typ: FI10.1.01
numer fabryczny: 201403**

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji jako w całości uwzględniającej wniosek strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Prezesa Głównego Urzędu Miar. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a. Kodeksu postępowania administracyjnego).



DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Michalik

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Wydział Nadzoru i Koordynacji – a/a.





**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU**

Gdańsk, dnia 2 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: 6WN-511-6/1917/21

**DECYZJA NR 2 W SPRAWIE ODROCZENIA
TERMINU DOKONANIA LEGALIZACJI PONOWNEJ I ZEZWOLENIA
NA DALSZE UŻYTKOWANIE PRZYRZĄDU POMIAROWEGO**

Na podstawie art. 26c ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2068), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 grudnia 2021 r., bez numeru, o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych złożonego przez Port Gdański Eksploatacja S.A., ul. Roberta de Pielo 6, 80-548 Gdańsk

**odraczam termin
dokonania legalizacji ponownej i zezwalam na dalsze użytkowanie na okres 4 miesięcy
- licząc od dnia 1 grudnia 2021 r. -
wagi nieautomatycznej klasy dokładności III
Max = 60 000 kg
znak producenta: Mars-K
typ: IT 8000E
numer fabryczny: 1905949**

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji jako w całości uwzględniającej wnioszek strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Prezesa Głównego Urzędu Miar. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a. Kodeksu postępowania administracyjnego).



DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Michalik

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Wydział Nadzoru i Koordynacji – a/a.





**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU**

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c

tel./fax (58) 52-45-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD

POMIAROWY Waga nieautomatyczna

Znak producenta: 47-10 MARS-STP; Znak typu: S-128106; Nr fabryczny: 4240107; Rok produkcji: 2007;

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 13 grudnia 2022 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A., 80-548 Gdańsk, ul. Roberta de Plelo 6.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 60000 kg; Obciążenie minimalne Min 400 kg;

Działka legalizacyjna e = 20 kg;

Klasa dokładności

III

WNIOSKODAWCA

EL-MECH WAGI Robert Wójcik, 64-920 Piła, ul. Trentowskiego 2

- wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 19 ust. 1, 2 i 4 oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne (Dz. U. Nr 183, poz. 1791).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na połączeniu tabliczki znamionowej i obudowy miernika wagi.

Cechy zabezpieczające w liczbie 5 umieszczono na:

- otworze adiustacyjnym wagi,
- połączeniu części obudowy miernika wagi,
- skrzynce przyłączeniowej przetworników pod pomostem wagi.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

6W4.5110.1082.2020

Data wystawienia: 13 listopada 2020 r.



z up. DYREKTORA
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU

Starszy Inspektor

Mirosław Walkusz



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU**

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c

tel./fax (58) 52-45-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD

POMIAROWY Waga nieautomatyczna

Nazwa lub znak producenta: MASA; Znak fabryczny: IT8000E MS-6021; Znak zatwierdzenia typu: D11-09-018;
Nr fabryczny: 1260104; Rok produkcji: 2016;

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany
zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 10 października 2023 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Port Gdański Eksploatacja S.A., ul. Roberta de Pleo 6, 80-548 Gdańsk.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 60000 kg; Obciążenie minimalne Min 400 kg;
Działka legalizacyjna e = 20 kg; Klasa dokładności III

WNIOSKODAWCA

Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o., Sp. K., 80 - 283 Gdańsk, ul. Zacna 31 – wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 12, 13 ust. 3 i 4, §15 oraz ust. 45, 47, 49 i 50 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju
dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 i § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny
odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na połączeniu tabliczki znamionowej i obudowy miernika wagi.

Cechy zabezpieczające w liczbie 6 nałożono na:

- połączeniu części obudowy miernika wagi,
- skrzynkach przyłączeniowych przetworników pod pomostem wagi.


LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

6W4.5110.1287.2021

Data wystawienia: 10 września 2021 r.



z up. DYREKTORA
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU
Starszy Inspektor
Miroslaw Walkusz